



MaxMark M2

紫外激光打标机



兼容性强

可以满足多款不同材质,不同厚度,不同层厚类型的膜片,一台设备可以覆盖所有膜片类型的打标需求



效果优秀

打标内容清晰,均匀,无爆点;标刻后牙套表面光滑,不会引发过渡灼烧(普通光纤造成过渡灼烧)



自动调焦

采用自适应高度调整装置,可根据不同高度的模型,自动调整激光器位置进行打标,操作简单友善

MaxMark M2 - 紫外激光打标机

兼容性强:可以满足多款不同材质,不同厚度,不同层厚类型的膜片,一台设备可以覆盖所有膜片类型的打标需求

效果优秀:打标内容清晰,均匀,无爆点。紫外激光,对牙科膜片造成的材料吸收能量可控,标刻后牙套表面较为光滑,不会引发过渡灼烧(普通光纤造成过渡灼烧)

使用稳定:自带配套水冷设备,可对紫外激光器进行水冷散热,确保达标效果稳定

自动调焦:放入不同高度的模型后,自动可调整激光器高度,操作简单,高效



设备参数

激光类型:	UV Laser
激光功率:	3W
激光波长:	355nm
频率范围:	20kHz- 150kHz
脉冲宽度:	<15ns@30kHz
调焦方式:	自动高度调整
打标软件:	EZCAD2
打标范围:	110x110mm/150x150mm
冷却方式:	水冷
电源:	220V±10%/50HZ
设备尺寸:	870x530x530mm
设备重量:	60KG
水冷机尺寸:	640x360x570mm
水冷机重量:	26KG

上海马可菲斯医疗技术有限公司

电话: +86-21-5956 0800 | 地址: 上海市嘉定区安亭镇园区路1169号 | 邮箱: service@maxflexbrace.com | 网址: www.maxflexbrace.com